密封線源のユーザー使用記録

使用する物に○	核種	数量	線源管理番号	受入日
	^{55}Fe	185 MBq	92	1978/2/28
	^{60}Co	185 MBq	99	1978/9/26
	^{241}Am-Be	185 MBq	25	1975/11/4
	^{241}Am-Be	3.7 GBq	120	1980/2/25
	^{241}Am-Be	11.1 GBq	121	1980/2/25

注意事項

- １週間（月～日曜日）に８時間まで、３ヶ月で１０４時間まで。最大２核種まで。ＡＶＦ棟２階の測定器開発室、検出器保守室では Co-60 のみ使用可能（時間制限なし）。
- 許可された放射性同位元素使用室以外で使用しない
- 使用していないときは貯蔵庫に返却すること。

使用日	使用場所	使用者	出庫時刻	使用開始時刻	使用終了時刻	入庫時刻

＊継続的に使用するときは、月曜日の午前中にチェックを受けてください。